



09/03/2023, Monza

Oggetto : Richiesta di chiarimenti N.1

1. E' possibile quotare la purezza 5.5 e/o 6.0 dell'olio. In alternativa chiediamo la specifica dell'olio con purezza 5.6. per valutare quale dei nostri prodotti sia il più conforme alle richieste.

Le specifiche tecniche dell'olio 5.6 che viene utilizzato attualmente sono queste:

Gas compresso in bombole o pacchi bombole alla pressione di esercizio di 200 bar a 15 °C o, su richiesta, a 300 bar.

Composizione standard:

Titolo ≥ 99.9996 %

H₂O – Punto di rugiada ≤ 2 (-72) ppm (°C)

O₂ ≤ 1 ppm

N₂ ≤ 1 ppm

H₂ ≤ 1 ppm

CO + CO₂ ≤ 0.1 ppm

CxHy ≤ 0.1 ppm

In ogni caso, se disponibile, potete quotare anche l'olio 6.0. Sarebbe preferibile avere la quotazione di entrambi i prodotti

2. In merito alla fornitura di azoto liquido chiediamo di specificare se i contenitori debbano essere messi a disposizione dal fornitore.

In caso affermativo, chiediamo di specificare il numero, la tipologia e volume.

Sempre in merito all'azoto liquido, chiediamo di specificare i quantitativi ordinati e la cadenza temporale.

Per quanto riguarda l' Azoto liquido i contenitori in utilizzo attualmente sono in comodato d'uso e quindi devono essere messi a disposizione dal fornitore o effettuando il travaso/riempimento in loco (come avviene attualmente) o provvedendo a consegnare i contenitori pieni e a ritirare i vuoti ad ogni cadenza.

I contenitori attualmente a disposizione sono 2 dewar (serbatoi criogenici trasportabili), uno da 10 litri e uno da 5 litri.

Per i quantitativi di azoto liquido noi richiediamo ad ogni consegna il travaso o consegna di 15 litri (ovvero il riempimento dei dewar) con cadenza media bisettimanale.

I quantitativi stimati per il biennio 2023-2024 e tutte le informazioni sulle quantità della fornitura (compresa le possibili variazioni) sono riportate nel capitolo 1 - OGGETTO E QUANTITÀ DELLA FORNITURA – delle Specifiche Tecniche indicate all'avviso sul sito.

Il R.u.p.
Per. Ind. Longoni Orietta

A handwritten signature in black ink is placed over a blue circular stamp. The stamp contains the text "BRIANZACQUE S.r.l.", "Viale E. Fermi 105", "20900 MONZA (MB)", and "tel 039 262.30.1". The signature appears to be "Longoni Orietta".



BrianzAcque S.r.l.
Viale E. Fermi 105
20900 Monza (MB)
p.iva 03988240960

tel 039 262.30.1
fax 039 214.00.74
cap. soc. € 126.883.498,98 i.v.

brianzacque@legalmail.it
informazioni@brianzacque.it
www.brianzacque.it